



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.38.002.A № 42658

Срок действия до 18 мая 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Установки дозиметрические для измерения мощности дозы  
гамма-излучения УДМГ-104

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО НПП "Радико", г.Обнинск, Калужская область

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 46813-11

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ВШКФ.412348.008 РЭ, раздел 6

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2011 г. № 2246

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

В.Н.Крутиков



" 05 " ..... 2011 г.

Серия СИ

№ 000593

**Срок действия до 22 апреля 2021 г.**

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **22 апреля 2016 г. № 460**

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2016 г.